

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกัลยกรรมทางระบบประสาทศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

1. ความต้องการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกัลยกรรมทางระบบประสาทศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผ่าตัดจุกัลยกรรมทางระบบประสาทศัลยศาสตร์ ผ่าตัดเส้นเลือดสมอง ผ่าตัดเส้นเลือดทั่วไป ผ่าตัดเส้นเลือดในแผนกออร์โธปิดิกส์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ กับงานศัลยกรรมตกแต่งร่วมกันได้อีกด้วย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 เครื่องมือชะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก มุมตัดไม่น้อยกว่า 180 องศา ปลายมีขนาด 1x2 มิลลิเมตร ความยาว 160-185 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.2 เครื่องมือชะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก มุมตัดไม่น้อยกว่า 360 องศา ปลายมีขนาด 1x2 มิลลิเมตร ความยาว 160-185 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.3 เครื่องมือถ่างขยายเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ปลายโค้ง 45 องศา ความยาวไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.4 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ Micro แบบปลายตรง ความยาว 150-180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.5 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ Micro แบบปลายตรง ขนาด 7 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.6 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Micro แบบ Bayonet สำหรับมือขวา ความยาวไม่น้อยกว่า 195 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.7 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Micro ปากโค้งไบตัดแบบมีเขี้ยวฟันปลา ความยาวไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.8 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Micro ปลายปากตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

- 3.9 เครื่องมือแซะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ชนิด Micro dissector รูปทรง Bayonet ปลายโค้งด้านซ้าย ความยาว 200-230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.10 เครื่องมือแซะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ชนิด Micro dissector รูปทรง Bayonet ปลายโค้งด้านขวา ความยาว 200-230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.11 เครื่องมือแซะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ชนิด Micro dissector ปลายตรงโค้ง ความยาว 200-230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.12 ตะขอเกี่ยวเส้นประสาท แบบ Micro hook ปลายแหลม ปลายทำมุม 90 องศา ความยาวไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.13 ตะขอเกี่ยวเส้นประสาท แบบ Micro hook ปลายทู่ ปลายทำมุม 90 องศา ความยาวไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.14 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Micro แบบ Yasargil รูปทรง Bayonet ใบตัดโค้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.15 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Micro แบบ Yasargil รูปทรง Bayonet ใบตัดตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 225 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
- 3.16 ท่อดูดของเหลวแบบ Fergusson ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- 4.1 ใช้เกณฑ์ราคา

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ ถ้าชำรุดเสียหายต้องมีเครื่องให้ใช้ทดแทน
3. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้รับหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
4. ผู้แทนจำหน่ายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตโดยตรงแนบเสนอมาด้วย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....