

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตรวจภายในผู้ป่วยทางสูติกรรม โดยแพทย์และพยาบาลสามารถที่จะใช้งานในการตรวจรักษาได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 สามารถปรับระดับความสูง – ต่ำ ของเตียง ส่วนพนักพิงหลัง และส่วนรองนั่งของเตียงด้วยระบบไฟฟ้า
- 2.2 มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถเลือกสวิตช์มือ (Hand switch) หรือสวิตช์เท้า (Foot Switch) อย่างใดอย่างหนึ่ง

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 เตียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 3.1.1 ส่วนพนักพิงหลัง มีความยาวอยู่ในช่วง 90-95 เซนติเมตร
- 3.1.2 ส่วนรองนั่ง มีความยาวอยู่ในช่วง 50-55 เซนติเมตร
- 3.1.3 ส่วนรองรับช่วงขา มีความยาวอยู่ในช่วง 30-35 เซนติเมตร

3.2 เตียงมีขนาดกว้างอยู่ในช่วง 60-65 เซนติเมตร

3.3 สามารถปรับความสูงและต่ำด้วยระบบไฟฟ้า โดยปรับต่ำสุดได้ไม่มากกว่า 55 เซนติเมตร และปรับระดับสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 2 เซนติเมตร

3.4 สามารถปรับส่วนพนักพิงหลังด้วยระบบไฟฟ้าขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 75 องศา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5 องศา

3.5 สามารถปรับส่วนรองนั่งด้วยระบบไฟฟ้าขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5 องศา

3.6 ส่วนรองรับช่วงขา สามารถพับลงได้ (Fold-Down Extension)

3.7 ใต้ส่วนรองนั่งมีถาดสำหรับรองรับของเสียสามารถถอดออกได้

3.8 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม

3.9 มีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพื่อทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ตรวจได้ และมีระบบล็อกขาเตียงโดยสามารถยกล้อขึ้นพ้นจากพื้นและขาเตียงลงมาสัมผัสพื้นเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ขณะตรวจผู้ป่วย

3.10 เบาะทำด้วย Vinyl ที่เคลือบสาร Anti-Microbial ซึ่งผ่านมาตรฐาน CRIB5, BS 5852-2006 และ BS 7176:2007 + A1:2011 มีคุณสมบัติ ป้องกันการติดไฟได้ และสามารถทำความสะอาดง่าย

3.11 โครงเตียงทำจากโลหะกันสนิม Powder coated ที่เคลือบสาร Anti-Bacterial เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรีย

3.12 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า EN 60601-1-2 : 2015 และมาตรฐานคุณภาพ CE เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|--------------|
| 4.1 ถาดสแตนเลสสำหรับใส่ของเสีย | จำนวน 1 ถาด |
| 4.2 ขาหยั่งปรับระดับได้ | จำนวน 1 คู่ |
| 4.3 พนักวางแขน | จำนวน 1 คู่ |
| 4.4 อุปกรณ์สำหรับใส่ทิชชูม้วน (Paper roll holder) | จำนวน 1 ชุด |
| 4.5 หมอนสีเดียวกันกับเบาะ | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4.6 แก้วไฮโดรลิกปรับระดับสีเดียวกันกับเตียงสำหรับแพทย์นั่งตรวจ | จำนวน 1 ตัว |

5. เงื่อนไขอื่นๆ

- 5.1 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 5.3 บริษัทผู้จำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
- 5.4 สินค้าที่เสนอราคาต้องผ่านการทดลองใช้งานและได้รับการตรวจประเมินคุณสมบัติจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- 5.5 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO13485:2016 เป็นอย่างน้อย

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

6.1 ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ